

# 广州中医药大学茂名医院 (茂名市中医院)

以此件为准

茂中医函〔2025〕16号

## 关于更换茂名市中医院新院区血液透析中心 透析用水处理设备的函

茂名市政府投资项目代建中心：

水处理系统是血透中心的“生命线”，其水质直接关乎患者透析安全与治疗效果。为严格保障我院血液透析治疗工作安全，切实维护透析患者生命健康权益，现就有关新院区已施工纯水管道事宜与医疗工作需求说明如下：

### 一、背景

由贵中心代建的我院新院区是国家中医特色重点医院项目，是国家“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案内容之一。建设目标是中医特色突出、临床疗效显著、示范带动作用明显的地市级重点中医医院。

血透中心隶属于医院肾病科，肾病科是广东省“十三五”中医重点专科。也是国家中医特色重点医院做优做强中医优势专科之一。

### 二、原选用透析用水处理设备相关情况

#### (一) 原设备品牌与性能事宜

新院区血透中心透析用水处理设备（不含给排水管道）含税合同价约 67.18 万元，施工方选用了“大连康仑”品牌。经了

解，该品牌市场占有率偏低，特别是广东市场，存在售后支持能力欠缺、后期维护成本较高、系统稳定性和可靠性不足的问题，难以满足我院血透治疗工作的实际需求。

## （二）配套管道工艺缺陷，存在“死角”

经现场巡查发现，已施工的透析用水处理设备配套纯水管采用焊接连接，与已标价工程量清单中项目特征描述的“卡压连接”不一致，且焊接口处存在内壁不平整、焊瘤及咬边的工艺缺陷，存在“死角”，与设计文件要求不符。易造成透析用水污染，存在安全隐患，不符合院感要求。

## （三）管道施工过程欠严谨

管道为纯水管网，设计文件要求焊接人员应有相应资质，施焊前应按施工要求做出样品，并应在检验合格后上岗。现场未按此执行。

## （四）品牌一致性与合规性事宜

施工方选用的管道品牌与透析用水处理设备品牌不一致，不符合国家卫健委 2021 年 4 月印发的《血液净化标准操作规程（2021 版）》相关要求（详见附件）。该问题将导致后续运营过程中，若出现设备或管道故障，易引发责任划分不清的纠纷，影响问题快速处置，可能延误医疗保障工作。

# 三、透析用水处理设备品牌市场调研情况

年初，我院使用科室对省人民医院等省内 9 家血透中心开展调研，结果显示其中 8 家均选用“贝朗劳铎”品牌。

2025 年 11 月 6 日，我院组织参建各方赴高州市人民医院、茂名市人民医院、茂名市职业病防治院三家不同实力和等级的医院开展实地调研，发现高州市人民医院选用进口“DWA”品牌，

其余两家医院选用“贝朗劳钊”品牌；三家医院的纯水管道均为原厂配套安装的塑料管道，符合设备与管道品牌一致性要求。

建议采用目前透析用水处理设备市场占有率排名前三的品牌：贝朗劳钊、费森尤斯、金宝。

#### 四、解决事项

综上，为坚持人民至上，生命至上，筑牢血液透析医疗安全底线，促进医院高质量发展，避免因安装后不满足使用要求再更换造成更大经济损失或患者因疗效低下致信任度下降进而流失。

经医院党委会议研究决定，请求贵中心更换原选设备，同时在不超出施工合同总价前提下重新优选主流、成熟可靠、配套更易维护塑料材质纯水管道且同一厂家生产的透析用水处理设备品牌，以达到临床疗效显著、示范带动作用明显的目标。

专此致函。

附件：国家卫生健康委办公厅关于印发血液净化标准操作规程(2021版)的通知（国卫办医函〔2021〕552号，节选）

广州中医药大学茂名医院  
(茂名市中医院)

2025年12月8日

(联系人：钟承双，联系电话：15915293118)